

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440114-2025-02586**

采购项目编号：**GZYL25FG043007**

项目名称：广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目

采购人：广州市花都区胡忠医院

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司



## 第一章 投标邀请

广州宜立工程管理有限公司受广州市花都区胡忠医院的委托，采用公开招标方式组织采购广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目

采购计划编号：440114-2025-02586

采购项目编号：GZYL25FG043007

采购方式：公开招标

预算金额：2,700,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务):

采购包预算金额：1,200,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	医疗设备维修和保养服务	呼叫对讲系统及医用气体设备维修和保养服务	1(年)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：详见标的提供时间

采购包2(广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务):

采购包预算金额：1,000,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	医疗设备维修和保养服务	洁净空调系统维修和保养服务	1(年)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：详见标的提供时间

采购包3(广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务):

采购包预算金额：500,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
3-1	医疗设备维修和保养服务	消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务	1(年)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：详见标的提供时间

## 二.投标人的资格要求

### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本电子扫描件。分支机构投标的，需提供总公司和分公司营业执照副本电子扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》的相关声明或承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务）：本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人必须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）。

采购包2（广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务）：本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人必须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）。

采购包3（广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务）：本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人必须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）。

### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

3) 本采购包不接受联合体投标。

采购包2（广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。  
投标函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

采购包3（广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。  
投标函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>) 宜立官网（<http://www.gzylzbd.com>）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市花都区胡忠医院

地址：广州市花都区新华街工业大道19号

联系方式：020-89686271

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州宜立工程管理有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层



联系方式：020-83651133

**3.项目联系方式**

项目联系人：林小姐、冯先生

电话：020-83651133

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司



## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

#### （一）项目基本情况

项目编号：GZYL25FG043007

项目名称：广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目

预算金额（元）：2,700,000.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称、数量及技术需求或服务要求等：详见采购需求；

采购包	采购标的	预算金额（万元）
1	呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务	120
2	洁净空调系统维修和保养服务	100
3	消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务	50
合计		270

2.项目属性：服务；

3.品目类别：医疗设备维修和保养服务

4.最高限价：2,700,000.00元；

备注：本项目兼投不兼中，合格的投标人可参与采购包1-采购包3的投标，但最终只能获得其中一个采购包的中标资格。各采购包兼投不兼中，按（采购包1）→（采购包2）→（采购包3）的顺序进行评审，若投标人同时参与多个采购包的投标，在采购包1被推荐为第一中标候选人后，将不进入后序采购包的综合评审（即不通过后续采购包的符合性审查）。

#### 5.落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）等。

采购包1：本项目专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包2：本项目专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

采购包3：本项目专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。

#### （二）各采购包情况

**采购包1：**广州市花都区胡忠医院现有三个院区，分别是建设院区、松园院区、产科院区，对三个院区已使用的呼叫对讲系统、医气终端（含氧气终端、负压吸引终端、压缩空气终端等）、供氧站房（含站房内供氧设备及配套管道等），压缩空气站房（含房内压缩空气设备及配套管道等）、设备带（含设备面板、床头灯罩及插座面板等）提供为期壹年的维护保养服务，以保障各系统的正常使用。

三个院区的地址分别是：建设院区位于广州市花都区建设路51号，松园院区位于广州市花都区松园路7号，产科医院位于广州市花都区工业大道17号。

**采购包2：**广州市花都区胡忠医院的建设院区、松园院区、产科院区洁净区域的洁净空调系统进行维保和维修服务，主要包括：建设院区六层手术室、建设院区血透中心、松园院区住院部七层手术室、产科院区住院部五层手术室、七层医学生殖中心和门诊一楼静配中心的洁净空调系统、自动气密封趟门、空气消毒机、空气净化器等净化设备的维修保养服务。

**采购包3：**维保范围：医院消毒供应室设备购置总价约人民币370万元，按需求进行维修及定期维护（维保期内设备所有零配件，易损件的更换及备件，包含特种设备表阀检测及年度检测，包含纯水机的耗材及再生剂），服务地点：广州市花都区胡忠医院消毒供应中心

采购包1（广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务）

## 1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起一年，服务期内如结算金额达到合同金额，则合同终止。
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	<p>第1期为(预付款)：支付比例30%，1、合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款，预付款用于抵扣季度服务费直至抵扣完毕。</p> <p>第2期为(尾款)：支付比例70%，1、其后按季度进行据实结算，下季度第一个月10日之前，由中标人开具上一季度正式发票，采购人收到发票后10个工作日内完成支付（结合月度考核扣减及预付款扣减后金额支付）。2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同复印件；（2）中标人开具的正式发票；（3）维修保养记录登记表；（4）月度服务考核评价表。3、采购人应及时支付采购资金的义务。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	<p>1期：1.采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的文档和验收所需资料，积极配合采购人完成验收工作。2.验收应在双方共同参加下进行，依据制定的维修保养要求进行验收，并按国家有关规定、规范进行。3.采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>一、报价要求，投标人所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，应包括成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。投标人需就建设院区、松园院区、产科院区的维保清单明细进行单项逐项报价，并对主要零配件单价表进行单项逐项报价。本采购包报价由定期维护巡检费用及按需求的维修费组成。</p> <p>二、合同条款响应，同意接受合同范本所述的各项条款。</p>

## 2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	医疗设备维修和保养服务	呼叫对讲系统及医用气体设备维修和保养服务	年	100	1,200,000.00	1,200,000.00	工业	详见附件一

附表一：呼叫对讲系统及医用气体设备维修和保养服务

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																																																																																				
		<p><b>一、维保范围</b></p> <p>呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务范围主要包括：</p> <p>建设院区：一楼氧气站房和汇流排、一楼发热门诊、一楼抢救室、一楼雾化室、四楼内科、五楼外科、六楼乳腺外科、六楼手术室、六楼负压吸引站房。</p> <p>松园院区：一楼氧气站房和汇流排、一楼抢救室、一楼发热门诊、二楼儿童雾化室、六楼内儿科一区、六楼小儿外科区、七楼内儿科二区、七楼手术室、七楼PICU、八楼负压吸引站房。</p> <p>产科院区：住院楼产一区、妇科住院部、人流手术室、产三区、产五区、产六区、产三B、生殖中心、新生儿+NICU、产房、手术室、一楼氧气站房和汇流排、中心负压吸引站房、中心空气压缩机房，住院部1楼~8楼。</p> <p>对以上三个院区已使用的各层呼叫对讲系统、医用气体设备带、医气终端、供氧站房、压缩空气站房进行维修保养和技术服务。其中，呼叫对讲系统及医用气体设备带、医气终端的维护保养，每月进行一次。供氧站房、压缩空气站房保养每周进行一次。</p> <p><b>二、维保项目清单</b></p> <table border="1" data-bbox="528 958 1241 2159"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="528 958 1241 1014">(一) 建设院区</th> </tr> <tr> <th data-bbox="528 1014 608 1070">序号</th> <th data-bbox="608 1014 807 1070">项目名称</th> <th data-bbox="807 1014 1062 1070">规格型号</th> <th data-bbox="1062 1014 1142 1070">单位</th> <th data-bbox="1142 1014 1241 1070">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="528 1070 1241 1126" style="text-align: center;">一楼氧气站房和汇流排</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1126 608 1238">1</td> <td data-bbox="608 1126 807 1238">汇流排装置手动铜阀门</td> <td data-bbox="807 1126 1062 1238">φ25</td> <td data-bbox="1062 1126 1142 1238">个</td> <td data-bbox="1142 1126 1241 1238">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1238 608 1350">2</td> <td data-bbox="608 1238 807 1350">汇流排装置手动铜阀截止阀</td> <td data-bbox="807 1238 1062 1350">φ25</td> <td data-bbox="1062 1238 1142 1350">个</td> <td data-bbox="1142 1238 1241 1350">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1350 608 1406">3</td> <td data-bbox="608 1350 807 1406">压力表</td> <td data-bbox="807 1350 1062 1406">0-25MPA</td> <td data-bbox="1062 1350 1142 1406">个</td> <td data-bbox="1142 1350 1241 1406">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1406 608 1462">4</td> <td data-bbox="608 1406 807 1462">管道清洁保养</td> <td data-bbox="807 1406 1062 1462"></td> <td data-bbox="1062 1406 1142 1462">项</td> <td data-bbox="1142 1406 1241 1462">1</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="528 1462 1241 1518" style="text-align: center;">一楼雾化室</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1518 608 1574">1</td> <td data-bbox="608 1518 807 1574">医用气体终端</td> <td data-bbox="807 1518 1062 1574">氧气</td> <td data-bbox="1062 1518 1142 1574">个</td> <td data-bbox="1142 1518 1241 1574">5</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="528 1574 1241 1630" style="text-align: center;">六楼手术室</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1630 608 1686">1</td> <td data-bbox="608 1630 807 1686">医用气体终端</td> <td data-bbox="807 1630 1062 1686">氧气</td> <td data-bbox="1062 1630 1142 1686"></td> <td data-bbox="1142 1630 1241 1686">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1686 608 1742">2</td> <td data-bbox="608 1686 807 1742">医用气体终端</td> <td data-bbox="807 1686 1062 1742">负压吸引</td> <td data-bbox="1062 1686 1142 1742"></td> <td data-bbox="1142 1686 1241 1742">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1742 608 1798">3</td> <td data-bbox="608 1742 807 1798">医用气体终端吊塔</td> <td data-bbox="807 1742 1062 1798"></td> <td data-bbox="1062 1742 1142 1798">台</td> <td data-bbox="1142 1742 1241 1798">4</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="528 1798 1241 1854" style="text-align: center;">一楼抢救室</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1854 608 1910">1</td> <td data-bbox="608 1854 807 1910">呼叫主机</td> <td data-bbox="807 1854 1062 1910"></td> <td data-bbox="1062 1854 1142 1910">个</td> <td data-bbox="1142 1854 1241 1910">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1910 608 1966">2</td> <td data-bbox="608 1910 807 1966">床头呼叫分机</td> <td data-bbox="807 1910 1062 1966"></td> <td data-bbox="1062 1910 1142 1966">个</td> <td data-bbox="1142 1910 1241 1966">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1966 608 2022">3</td> <td data-bbox="608 1966 807 2022">卫生间紧急按钮</td> <td data-bbox="807 1966 1062 2022"></td> <td data-bbox="1062 1966 1142 2022">个</td> <td data-bbox="1142 1966 1241 2022">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 2022 608 2078">4</td> <td data-bbox="608 2022 807 2078">呼叫系统软件</td> <td data-bbox="807 2022 1062 2078">60病员内</td> <td data-bbox="1062 2022 1142 2078">套</td> <td data-bbox="1142 2022 1241 2078">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 2078 608 2134">5</td> <td data-bbox="608 2078 807 2134">信号线</td> <td data-bbox="807 2078 1062 2134">RVV2*1.0mm2</td> <td data-bbox="1062 2078 1142 2134">m</td> <td data-bbox="1142 2078 1241 2134">684</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 2134 608 2159">6</td> <td data-bbox="608 2134 807 2159">镀锌配管</td> <td data-bbox="807 2134 1062 2159">PBG20</td> <td data-bbox="1062 2134 1142 2159">m</td> <td data-bbox="1142 2134 1241 2159">684</td> </tr> </tbody> </table>	(一) 建设院区					序号	项目名称	规格型号	单位	数量	一楼氧气站房和汇流排					1	汇流排装置手动铜阀门	φ25	个	10	2	汇流排装置手动铜阀截止阀	φ25	个	4	3	压力表	0-25MPA	个	5	4	管道清洁保养		项	1	一楼雾化室					1	医用气体终端	氧气	个	5	六楼手术室					1	医用气体终端	氧气		4	2	医用气体终端	负压吸引		4	3	医用气体终端吊塔		台	4	一楼抢救室					1	呼叫主机		个	1	2	床头呼叫分机		个	10	3	卫生间紧急按钮		个	20	4	呼叫系统软件	60病员内	套	1	5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	684	6	镀锌配管	PBG20	m	684
(一) 建设院区																																																																																																						
序号	项目名称	规格型号	单位	数量																																																																																																		
一楼氧气站房和汇流排																																																																																																						
1	汇流排装置手动铜阀门	φ25	个	10																																																																																																		
2	汇流排装置手动铜阀截止阀	φ25	个	4																																																																																																		
3	压力表	0-25MPA	个	5																																																																																																		
4	管道清洁保养		项	1																																																																																																		
一楼雾化室																																																																																																						
1	医用气体终端	氧气	个	5																																																																																																		
六楼手术室																																																																																																						
1	医用气体终端	氧气		4																																																																																																		
2	医用气体终端	负压吸引		4																																																																																																		
3	医用气体终端吊塔		台	4																																																																																																		
一楼抢救室																																																																																																						
1	呼叫主机		个	1																																																																																																		
2	床头呼叫分机		个	10																																																																																																		
3	卫生间紧急按钮		个	20																																																																																																		
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1																																																																																																		
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	684																																																																																																		
6	镀锌配管	PBG20	m	684																																																																																																		

	四楼内科			
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	54
3	卫生间紧急按钮		个	19
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	692
6	镀锌配管	PBG20	m	692
	五楼外科			
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	44
3	卫生间紧急按钮		个	18
4	呼叫系统软件	30病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	648
6	镀锌配管	PBG20	m	648
	六楼乳腺外科			
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	44
3	卫生间紧急按钮		个	18
4	呼叫系统软件	30病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	648
6	镀锌配管	PBG20	m	648
	六楼负压吸引站房			
1	管道清洁保养		项	1
2	罐瓶保养	0.6m <sup>3</sup>	个	3
3	水环式真空泵	4.0KW, 最大抽速183m <sup>3</sup> /min	台	2
4	压缩机系统		套	1
	一楼抢救室			
1	医用气体终端	氧气	个	5
2	医用气体终端	负压吸引	个	4
	一楼发热门诊			
1	医用气体终端	氧气	个	6
2	医用气体终端	负压吸引	个	2
	四楼内科			
1	医用气体终端	氧气	个	54
2	医用气体终端	负压吸引	个	54
	五楼外科			

1	医用气体终端	氧气	个	44
2	医用气体终端	负压吸引	个	44
六楼乳腺外科				
1	医用气体终端	氧气	个	44
2	医用气体终端	负压吸引	个	44

(二) 松园院区				
序号	项目名称	规格型号	单位	数量
一楼发热门诊				
1	医用气体终端	氧气	个	4
2	医用气体终端	负压吸引	个	4
二楼儿童雾化室				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	36
3	卫生间紧急按钮		个	34
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	680
6	镀锌配管	PBG20	m	680
六楼内儿科一区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	47
3	卫生间紧急按钮		个	16
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	652
6	镀锌配管	PBG20	m	652
六楼小儿外科区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	60
3	卫生间紧急按钮		个	13
4	呼叫系统软件	90病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	692
6	镀锌配管	PBG20	m	692
七楼内儿科二区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	61
3	卫生间紧急按钮		个	13
4	呼叫系统软件	90病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	696

6	镀锌配管	PBG20	m	696
<b>七楼PICU</b>				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	29
3	卫生间紧急按钮		个	2
4	呼叫系统软件	30病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	524
6	镀锌配管	PBG20	m	524
<b>一楼氧气站房和汇流排</b>				
1	汇流排装置手动铜阀门	φ25	个	10
2	汇流排装置手动铜阀截止阀	φ25	个	7
3	压力表	0-25MPA	个	5
4	管道清洁保养		项	1
<b>八楼负压吸引站房</b>				
1	管道清洁保养		项	1
2	罐瓶保养	0.6m <sup>3</sup>	个	3
3	水环式真空泵	3.85KW, 最大抽速183m <sup>3</sup> /min	台	2
<b>二楼儿童雾化室</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	33
2	医用气体终端	负压吸引	个	33
<b>六楼内儿科一区</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	55
2	医用气体终端	负压吸引	个	55
<b>六楼小儿外科区</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	55
2	医用气体终端	负压吸引	个	55
<b>七楼内儿科二区</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	43
2	医用气体终端	负压吸引	个	43
<b>七楼手术室</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	8
2	医用气体终端	负压吸引	个	8
2	医用气体终端	压缩空气	个	3
<b>七楼PICU</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	58

2	医用气体终端	负压吸引	个	29
一楼抢救室				
1	医用气体终端	氧气	个	50
2	医用气体终端	负压吸引	个	9

1

(三) 产科院区				
序号	项目名称	规格型号	单位	数量
住院楼产一区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	35
3	卫生间紧急按钮		个	17
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1000
6	镀锌配管	PBG20	m	1000
妇科住院部				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	67
3	卫生间紧急按钮		个	33
4	呼叫系统软件	90病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1000
6	镀锌配管	PBG20	m	1000
产三区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	70
3	卫生间紧急按钮		个	35
4	呼叫系统软件	90病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1000
6	镀锌配管	PBG20	m	1000
产五区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	35
3	卫生间紧急按钮		个	33
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1000
6	镀锌配管	PBG20	m	1000
产六区				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	35

2	床头呼叫分机		个	34
3	卫生间紧急按钮		个	32
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1000
6	镀锌配管	PBG20	m	1000
<b>人流手术室</b>				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	37
3	卫生间紧急按钮		个	3
4	呼叫系统软件	60病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	800
6	镀锌配管	PBG20	m	800
<b>产三B</b>				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	50
3	卫生间紧急按钮		个	11
4	呼叫系统软件	90病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	800
6	镀锌配管	PBG20	m	800
<b>新生儿+NICU</b>				
1	呼叫主机		个	2
2	床头呼叫分机		个	125
3	卫生间紧急按钮		个	6
4	呼叫系统软件	90病员内	套	2
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1900
6	镀锌配管	PBG20	m	1900
<b>产房</b>				
1	呼叫主机		个	1
2	床头呼叫分机		个	54
3	卫生间紧急按钮		个	12
4	呼叫系统软件	90病员内	套	1
5	信号线	RVV2*1.0mm2	m	1000
6	镀锌配管	PBG20	m	1000
<b>一楼氧气站房和汇流排</b>				
1	汇流排装置手动铜 阀门	φ25	个	20
2	汇流排装置手动铜 阀截止阀	φ25	个	7

3	压力表	0-25MPA	个	8
4	管道清洁保养		项	1
<b>中心负压吸引站房</b>				
1	管道清洁保养		项	1
2	罐瓶保养	0.6m <sup>3</sup>	个	3
3	水环式真空泵保养	4.0KW	台	2
4	压缩机系统		台	4
<b>住院部1楼~8楼</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	55
2	医用气体终端	负压吸引	个	180
3	医用气体终端	压缩空气	个	78
<b>生殖中心</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	4
2	医用气体终端	负压吸引	个	4
3	医用气体终端	二氧化碳	个	4
<b>手术室</b>				
1	医用气体终端	氧气	个	24
2	医用气体终端	负压吸引	个	12
3	医用气体终端	压缩空气	个	12
<b>中心空气压缩机房</b>				
1	空气压缩机	无油空压机7.5KW	台	2
2	冷干机	0.5KW	台	2
3	罐瓶保养	0.6m <sup>3</sup>	项	2
4	过滤系统		套	1
5	管道清洁保养		项	1

说明：上述为全院基本维护保养项目（供参考），实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目，并要求在明细报价表中列出服务内容明细报价。

### 三、维保服务要求

#### 1. 维保内容

- (1) 每天巡视中心氧站，对中心氧站的压力、管道等进行检查记录。
- (2) 每周巡视所有科室的医用气体管道、医用气体终端和医用传呼对讲系统一次，并对巡检情况进行记录；
- (3) 每周巡视供氧站房、压缩空气站房两次，并进行保养对情况进行记录；
- ▲(4) 对巡检及报修的故障进行及时维修并做记录。（投标人需提供对应的记录表并加盖公章，格式自拟）

#### 2. 维保要求

- (1) 每日上班必须做好维保记录。

▲(2)每次巡检必须做好巡检记录。

(3)承诺中标后接到故障通知后，在15分钟内派维修人员到达现场处理。

(4)对不能短时排除的故障需及时向公司领导及医院反应情况，制定善后方案。

(5)上班及维修时需认真工作，按相关规程进行操作，不得损坏医院财产，如有损坏按价进行赔偿。

(6)保持工作地方及维修现场的卫生整洁。

### ▲3.上班时间

全年365日7×10小时的驻场。

### ▲4.上班人员要求

总体要求为提供全年365日7×10小时的驻场服务，安排建设院区、松园院区、产科院区各配1人，工作时间在每天8:30至17:30（17:30后突发急修1小时内到位）。

### ▲5.紧急情况响应要求

供氧站房、压缩空气站房、呼叫对讲及气体终端出现故障时，投标人承诺中标后维保人员应15分钟内到达现场，马上处理排除故障，如特殊原因不能及时完成维修，应及时向院方通报情况。

### 6.维保质量考核

为保证维保质量，如果出现以下任一种情况的，采购人对中标人按月维保费用的5%进行扣罚：

- (1)未能对故障维修做维保记录；
- (2)维保过程中，工作不认真，造成设备损坏的；
- (3)维保工作完毕后没有及时清理遗留垃圾的。

### ★7.人员技术资质要求

维修人员应具有压力管道（容器）作业人员证书(投标时提供维修人员的名单及其作业证书扫描件并加盖投标人公章)

### 8.培训要求

中标人需要每季度至少一次组织员工培训，对服务手册、作业指导书与各项应急预案、运行管理理论及方法，工作原理解读等知识组织相关的知识培训，并进行培训考核。

## 六、主要零配件

▲1.单次或单项维修报价人民币100元以下(含100元)的零配件等辅材由中标人承担。相关费用均含在报价内；

▲2.如需要更换单价超过100元的零配件时，中标人提出书面申请，经采购人书面同意后方可进行更换维修，相关费用均含在报价内；

3.在维修过程中，由于中标人人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，中标人按全额赔偿并在最短的时间内进行修复（费用由中标人承担）；

▲4.投标人报价时应提供以下主要零配件的采购单价（采购单价作为采购人日后添购的参考价格），投标人可对主要零配件参考单价表进行增加补充；

主要零配件参考单价表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	参考单价	备注
1	医用气体终端	氧气	个	1		
2	医用气体终端	负压吸引	个	1		
3	医用气体终端	压缩空气	个	1		
4	插座面板	五孔插座	个	1		
5	设备带中间面板		米	1		
6	设备带床头灯套件		套	1		
7	呼叫系统主机		个	1		
8	床头呼叫分机		个	1		
9	卫生间紧急按钮		个	1		
10	呼叫系统软件	60病员内	套	1		
11	呼叫系统走廊显示屏	LED显示屏	块	1		
12	汇流排双级减压器	0-25MPA	套	1		
13	汇流排手动铜阀门	φ25	个	1		
14	汇流排手动截止阀	φ25	个	1		
15	压力表	0-25MPA	个	1		
16	氧气瓶高压连接管	0-25MPA	条	1		
17	管道清洁保养		项	1		
18	储气罐	1立方	个	1		
19	水环式真空泵	3.85KW	台	1		
20	水环式真空泵冷却塔		台	1		
21	数显压力控制开关		台	1		
22	负压系统电路控制器套件		套	1		
23	压缩空气干燥机维修套件		台	1		
24	空气压缩机保养套件		套	1		
26	空气压缩机动力电机	7.5KW	台	1		
27	前级高分子去水器		台	1		
28	C级精密过滤器	HF-C-002	支	2		
29	T级精密过滤器	HF-T-002	支	2		
30	A级高效除油过滤器	HF-A-002	支	2		
32	涡旋式空压机	排气量0.41m <sup>3</sup> /min	台	4		
33	无油空压机7.5KW	排气量0.8m <sup>3</sup> /min	台	2		

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
----	--

采购包2（广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起一年，服务期内如结算金额达到合同金额，则合同终止。
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	<p>第1期为(预付款)：支付比例30%，1.合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款，预付款用于抵扣季度服务费直至抵扣完毕。。</p> <p>第2期为(尾款)：支付比例70%，（1）往后为按季度进行据实结算，下季度第一个月10日之前，由中标人开具上一季度正式发票，采购人收到发票后10个工作日内完成支付（结合月度考核扣减及预付款扣减后金额支付）。（2）维保耗材及维修零配件中标人每月提交相关材料交设备科经使用科室申请医院审核确认后支付。（3）中标人凭以下有效文件与采购人结算：a.合同；b.中标人开具的正式发票；c.相关的维修保养资料；d.中标通知书。（4）对账依据：采购人相关科室核实后双方签字确认，并以计算的结算金额扣减维修保养质量考核的扣罚金额（若有）进行支付结算。（5）符合支付条件且中标人开具相应金额发票之日起10个工作日内进行支付（结合月度考核扣减及预付款扣减后金额支付）。（6）采购人有及时支付采购资金的义务。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	<p>1期：1.采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的相关文档和验收所需资料，积极配合采购人完成验收工作。2.验收应在双方共同参加下进行，依据制定的维修保养要求进行验收，并按国家有关规定、规范进行。3.采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。</p>
履约保证金	不收取



其他	<p>一、报价要求，① 投标人应结合自身的实际能力，综合考虑项目实施过程中可能影响投标报价的风险因素，投标总价包含本项目实施过程中发生的所有费用，自合同签订之日起一年，采购人不再另行支付任何费用。② 投标人根据采购清单分项报价：如有分项报价缺漏，视为无效投标。③ 本项目采购内容（服务）部分实行总价包干，包括技术服务费、人工费、维修保养本项目内所有设备设施（净化空调及净化设备、强弱电设备、医用氧气、负压系统、呼叫及设备、给排水设备、装饰及电动门的运行安全）等相关费用。④ 本项目维修零配件按合同约定的单价进行结算。建设院区、松园院区、产科院区洁净系统及配套设备设施维修保耗材及零配件。⑤ 中标人在保养中发现过滤器、紫外灯管等耗材根据相关要求需更换的或设备、配件、设施因非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致需修理与更换的，中标人均需以书面通知采购人，得到采购人同意后方可进行修理或更换，所需费用由采购人支付。</p>
----	--

## 2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	医疗设备维修和保养服务	洁净空调系统维修和保养服务	年	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	其他未列明行业	详见附件一

附表一：洁净空调系统维修和保养服务

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p><b>一、项目情况</b></p> <p>1.服务地点：建设院区位于广州市花都区建设路51号，松园院区位于广州市花都区松园路7号，产科医院位于广州市花都区工业大道17号。</p> <p>2.服务范围：建设院区六层手术室、建设院区血透中心、松园院区住院部七层手术室、产科院区二层手妇科无痛中心、产科院区五层手术室、七层医学生殖中心和门诊一楼静配中心的洁净空调系统、自动气密封趟门、空气消毒机、空气净化器等净化设备的维修保养服务项目。</p> <p>3.本采购包投标人投标报价超过品目预算的投标无效。</p> <p><b>二、空调系统设备清洗及维保服务项目技术方案</b></p> <p><b>（一）投标人必须按照以下管理规范对采购人的设备进行维保、清洗等</b></p> <p>1.国标：GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》</p> <p>2.卫生部2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》</p> <p>3.国标：GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》执行</p> <p>4.国标：《一般通风用空气过滤器检测标准》ISO16890标准</p> <p>5.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准</p> <p>6.《医用气体工程技术规范》GB50751-2012标准</p> <p>注：如上述标准有最新要求，则按最新要求执行。</p> <p><b>（二）洁净空调系统维护保养技术方案</b></p> <p>★按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的相关技</p>

术要求（提供承诺函，格式自拟）：

- 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
- 2.《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012
- 3.《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012

注：如上述标准有最新要求，则按最新要求执行。

为保证洁净室的洁净要求，定期对洁净空调系统的初效、中效、亚高效、高效过滤器进行更换，并在每个季度对洁净系统指标中的尘埃粒子、压差、风量三项进行检测，并出具检测报告。

定期检查及保养项目表		
序号	定期检查及保养	备注
1	洁净室及辅房空气净化质量的检测（温湿度、尘埃粒子、压差、风量或换气次数检测）	每季度
2	例行巡检净化机组的运行情况，皮带及轴承磨损情况，机箱壁板密封情况，排水是否顺畅，有无漏水及异响和报警	每月
3	新风净化机组每月进行机组内壁的清洁；每三个月更换初、中效过滤器，每周清洗新风过滤网、每月清洁机组及机房环境卫生。	定期
4	手术间不锈钢天花孔板每三个月清洗一次。	每季度
5	洁净室循环净化机组每月进行机组内壁的清洁；每三个月更换初、中效过滤器，每月清洁机组及机房环境卫生。	定期
6	冷热源机组、室外机的检查维护，检查运行工况及高低压运行压力及铜管有无泄漏；清洗冷凝器翅片	每季度
7	净化空调风管的密封性检查及保温层检查；风阀的检查调整	每季度
8	自动门日常保养	每季度
9	各种平开门、窗、柜的灵活检查	每季度
10	洁净室强、弱电配电箱电器元件的检查	每季度

（三）**洁净系统设备维护保养**：自动气密封趟门、空气消毒机、空气净化器等净化设备的拆装、维修、保养，保障以上设备的正常使用。

（四）**投标人对承保的设备按本招标要求负责周期性巡检、维护保养与维修。**

投标人报价包含服务期内洁净空调系统所需进行的定期巡检、保养、维修费用及更换零配件和易损件材料费、运费、税费等费用。报价组成（详见下表），包括：三院区定期巡查维保费；定期更换过滤器耗材费用；洁净系统配件更换费用；消毒机维护和杀菌灯管更换费用。

详细清单如下：



建设院区手术室定期维护服务报价清单

序号	名称	数量	单位	维护单价	小计	年报价	维护周期
1	洁净区回风口滤网清洁	62	个				每月
2	洁净空调机组例行检查巡查	4	台				每季度
3	洁净空调机组外部和环境清洁清洁	4	台				每季度
4	洁净空调机组内壁检查和清洁	4	台				
5	电动门检查和维护保养	7	樘				
6	室外机检查和维护	14	台				
7	PLC自控柜检查和维护	4	台				
8	室内配电箱检查和维护	1	项				每季度
9	层流不锈钢天花板清洗	4	间				
10	洁净区检测	4	间				



松园院区手术室定期维护服务报价清单

序号	名称	数量	单位	维护单价	小计	年报价	维护周期
1	洁净区回风口滤网清洁	15	个				每月
2	洁净空调机组例行检查巡查	2	台				每季度
3	洁净空调机组外部和环境清洁清洁	2	台				每季度
4	洁净空调机组内壁检查和清洁	2	台				
5	电动门检查和维护保养	5	樘				
6	室外机检查和维护	3	台				
7	PLC自控柜检查和维护	2	台				
8	室内配电箱检查和维护	1	项				
9	层流不锈钢天花孔板清洗	3	间				每季度
10	洁净区检测	3	间				



产科院区定期维护服务报价费用清单

序号	维护项目	数量				合计数量	单位	维护单价	小计	年报价	维护周期
		手术室	静配中心	生殖中心	无痛中心						
1	洁净区回风口滤网清洁	62	25	72	4	163	个				每月
2	天花嵌入式空调清洁			14	4	18	个				每月
3	洁净空调机组例行检查巡查	3	3	2	0	8	台				每季度
4	洁净空调机组外部和环境清洁	3	3	2	0	8	台				每季度
5	洁净空调机组内壁检查和清洁	3	3	2	0	8	台				
6	电动门检查和维护保养	8		3		11	樘				
7	室外机检查和维护	7	11	10	4	32	台				
8	PLC自控柜检查和维护	3	3	3		9	台				
9	室内配电箱检查和维护	1	1	1		3	项				每季度
10	层流不锈钢天花孔板清洗	6				6	间				
11	洁净区检测	6	3	3		12	间				



空气消毒机保养维护报价清单

院区	科室	单位	数量	保养 单价	年保 养费	灯管 总数	年更 换量	杀菌灯 单价	年报价	备注
产科 院区	产房	台	29			84	168			按需求
	NICU	台	8			96	192			
	产三区	台	1			6	12			
	产前诊断	台	1			4	8			
松园 院区	PICU	台	13			52	104			
建设 院区	血透中心	台	5			5	10			

过滤器耗材更换报价清单（包材料、更换）

过滤器名称	院区-科室	规格	单价	数量	年更 换量	更换频率	年报价
G4初效过 滤器	新街-静配中 心	290*595*4 6		1	4	每三月	
		495*595*4 5		1	4	每三月	
		595*595*4 6		1	4	每三月	
	新街-生殖中 心	290*595*4 6		1	4	每三月	
		495*595*4 6		5	20	每三月	
	新街-手术室	290*595*4 6		8	32	每三月	
		595*595*4 6		8	32	每三月	
	松园-手术室	290*595*4 6		6	24	每三月	
		595*595*4 6		2	8	每三月	
	建设-手术室	595*290*4 6		3	12	每三月	
		595*490*4 6		1	4	每三月	
		595*595*4 6		3	12	每三月	
		290*592*3		1	2	每6月	

F8中效过滤器	新街-静配中心	81				
		492*592*3		1	2	每6月
		81				
	松园-手术室	592*592*3		1	2	每6月
		81				
	新街-生殖中心	290*592*3		3	6	每6月
		81				
	产科-手术室	290*592*3		1	2	每6月
		81				
	松园院区手术室	492*595*3		5	10	每6月
		81				
	建设院区手术室	290*592*3		8	16	每6月
		81				
	新街-静配中心	592*592*3		8	16	每6月
81						
新街-生殖中心	290*592*3		6	12	每6月	
	81					
新街-静配中心	592*290*3		3	6	每6月	
	81					
新街-静配中心	592*592*3		4	8	每6月	
	81					
H10亚高效	新街-生殖中心	590*490*2		4	4	每年
高效过滤器	新街-静配中心	92				
		320*320*9		6	6	每年
		0				
	新街-静配中心	484*484*9		2	2	每年
		0				
		630*630*9		3	3	每年
	新街-生殖中心	0				
		320*320*2		6	6	每年
		20				
	新街-生殖中心	484*484*2		8	8	每年
20						
新街-静配中心	610*1220*		12	12	每年	
	69					
新街-静配中心	320*320*2		11	11	每年	
	20					
新街-手术室	610*610*5		5	5	每年	
	0					

		910*295*2 92		12	12	每年	
	新街-无痛中心	320*320*2 20		2	2	每年	
	松园-手术室	320*320*2 20		11	11	每年	
		910*295*2 92		6	6	每年	
高效过滤器	建设-手术室	320*320*9 0		17	17	每年	
		484*484*9 0		3	3	每年	
		610*305*2 92		10	10	每年	
回风中效过滤器	建设-手术室	830*280*1 8		16	16	每年	
		580*580*4 6		2	2	每年	
		280*280*4 6		10	10	每年	

常用设备配件清单报价明细表

序号	名称	规格	单位	数量	单价	备注
1	自动门控制器	轻型平移门	台	1		
2	自动门电机	轻型平移门	台	1		
3	自动门专用皮带		条	1		
4	门禁一体机	指纹、密封、刷卡	台	1		天美
5	三相异步电动机	7.5KW 7.5KW	台	1		国产
6	三相异步电动机	3KW	台	1		国产
7	可编程PLC控制器	含程序	台	1		西门子
8	PLC扩展模块		台	1		西门子
9	温湿度传感器		个	1		西门子
10	相序保护器		个	1		
11	高速电机轴承		套	1		进口
12	三芯电线	1.5平方	米	1		国标
13	三芯电线	2.5平方	米	1		国标
14	网线	300米	箱	1		
15	铜管	1.5-3匹	米	1		

1

16	铜管	5-6匹	米	1		
17	空气开关	10-32A	个	1		
18	空气开关	40-63A	个	1		
19	空气开关	80-125A	个	1		
20	热继电器	4-10A	个	1		
21	热继电器	12-18A	个	1		
22	交流接触器	9-18A	个	1		
23	交流接触器	25-40A	个	1		
24	制冷剂	R22 (22.7kg)	瓶	1		
25	制冷剂	R410 (10kg)	瓶	1		
26	压缩机	艾默生KRSTE5 匹	台	1		艾默生
27	压缩机	ACS100D-D/5匹	台	1		奥揽达
28	室外机冷凝风扇	1-3匹	台	1		
29	室外机冷凝风扇	5-6匹	台	1		
30	膨胀阀 (线圈)	2025J	个	1		
31	膨胀阀 (阀体)	3036J	个	1		
32	电加热器	4.5kw	KW	1		PTC
33	电加热器	3	Kw	1		PTC
34	加湿桶含电极	45	Kg	1		卡乐
35	加湿桶含电极	15	Kg	1		卡乐
36	加湿桶含电极	8	Kg	1		卡乐
37	加湿器进水阀		个	1		卡乐
38	加湿器排水阀		个	1		卡乐
39	比例积分阀	DN25-32	个	1		西门子
40	比例积分阀	DN40-50	个	1		西门子
41	电磁阀	6分、24v	个	1		
42	电磁阀	6分、220v	个	1		
43	金属编制软管	4分	条	1		
44	变频器	5.5	Kw	1		
45	变频器	3	Kw	1		
46	变频器	1.5	Kw	1		
47	电机皮带		条	1		
48	保温棉		平方	1		
49	门禁电源	12V/5A	个	1		
50	磁力锁	12V	把	1		
51	回风口百叶	定制	套	1		
52	尼龙过滤网	定制	个	1		
53	铝合金过滤网	定制	个	1		
54	发泡胶		瓶	1		

55	清洗剂	5L	桶	1		
56	按钮指示灯		个	1		
57	普通水龙头		个	1		
58	玻璃胶		支	1		
59	加湿器前置过滤器		套	1		

材料清单要求型号与原设备匹配，所提供的零配件原则上须是原厂的全新产品，如无原厂配件则提供配件品牌应与原厂配件档次相同，除过滤器外，其他配件提供至少六个月的质保期。

(五) 维保项目的主要设备



序号	设备名称	型号	品牌	数量	单位	位置	备注
1	洁净空气调节机组	AAHM26H-6B	雅士	1	台	产科院区	静配中心
2	洁净空气调节机组	AAHM52H-8B	雅士	1	台	产科院区	静配中心
3	组合式空调机组	TAHM04S-A1a	同方	1	台	产科院区	生殖中心
4	组合式空调机组	TAHM100H-8F4	同方	1	台	产科院区	生殖中心
5	风冷空调箱式恒温恒湿机	TBC1417BHH	天加	1	台	产科院区	手术室
6	风冷空调箱式恒温恒湿机	TBC1117BHH	天加	2	台	产科院区	手术室
7	风冷净化式空调机组	TAC0712BHX	天加	1	台	松园院区	手术室
8	风冷空调箱式恒温恒湿机	TBC1018BHH	天加	1	台	松园院区	手术室
9	风冷净化式空调机组	AAHM2.6H-8B	雅士	1	台	建设院区	手术室
10	风冷净化式空调机组	AAHM3.2H-8B	雅士	1	台	建设院区	手术室
11	风冷净化式空调机组	AAHM7.0H-8B	雅士	1	台	建设院区	手术室
12	风冷净化式空调机组	AAHM4.2H-6B	雅士	1	台	建设院区	手术室
13	风冷净化式空调机组	定制	格力	3	台	产科院区	无痛中心
14	空气净化器	GCXMG	IQAir	1	台	产科院区	生殖中心
15	空气消毒机	B-600 PTJ-100B	巨光	29	台	产科院区	产房
16	空气消毒机	Y-1500A	新华	11	台	产科院区	NICU
17	空气消毒机	KT-B60	巨光	13	台	松园院区	PICU
18	空气消毒机	KT-B80	巨光	3	台	产科院区	产三区
19	空气消毒机	KT-B100	巨光	1	台	产科院区	产前诊断
20	空气消毒机	T1000	利安达	5	台	建设院区	血透中心

注：以上为维保项目内的主要设备，具体以实际需求为准。

#### （六）维保工作内容

##### 1、净化空调机组

- （1）每季检查空调机组的箱体是否漏风，封严箱体间缝隙；
- （2）每月检查调整新风口角度，检查回风状况；
- （3）每月检查空调机组风机、电机轴承的检查，调整或更换皮带；

- (4) 每月检查空调机组过滤器的阻力;
- (5) 每季检查空调机组压差计的显示情况(对机组原有液压压差计全部更换为气压压差计);
- (6) 每月检查电极加湿器、电加热管的工作情况;
- (7) 每月检查盘管接头有无穿漏, 紧固电机座及相关螺丝;
- (8) 每月检查调整流量平衡阀, 风柜房内所有碟阀、闸阀, 根据情况加油或维护;
- (9) 每月检查噪音情况, 若超出标准, 则进行调整;
- (10) 每月检查机组振动情况, 检查风管、隔热;
- (11) 每月检查并处理漏水情况;
- (12) 每月检查并冲洗接水盘, 保证排水口通畅, 接水盘如生锈及时除锈油漆;
- (13) 每月检查盘管及附近水管、风管的保温, 如有松脱或破损, 及时紧固。

## 2、排风机组

- (1) 每月检测电机性能(绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等), 有问题即时调整或维护, 每月给电机轴承加油;
- (2) 每月检查接线柱螺丝是否紧固, 检查电线接头有无松动、裸露;
- (3) 每月检查风管接头有无穿漏, 生锈的接口除锈、油漆, 封严箱体间缝隙;
- (4) 每月检查噪音情况, 若超标, 则进行调整;
- (5) 每月检查及调校马达皮带张力, 并及时更换张力不足或断裂皮带;
- (6) 每月检查机组振动情况, 检查风管、隔热;
- (7) 每月对排风口进行维护保养。

## 3、管道系统

- (1) 每月对系统的风管和水管以及其阀门进行定期检查、维护和保养, 定期对空调系统排气阀进行检查和排气;
- (2) 每月对系统管道及连接件出现的锈蚀情况进行防锈处理, 对外露管不定时维护刷防锈漆等;
- (3) 定期清理盘管风机、空调机、新风机、排风机、排气扇;
- (4) 定期对系统的所有出、回、排风口进行保洁工作。

## 4、自控系统

- (1) 定期检查恒温、恒湿控制系统;
- (2) 定期检查控制参数设定, 显示工作状态;
- (3) 定期检查运行模式切换(工作/值班模式);
- (4) 定期检查温湿度显示调节、空气净化系统开关、高效过滤器报警;
- (5) 定期检查温度、相对湿度、电加热、电极加湿器等控制程序的维护保养工作。

## 5、配电系统

- (1) 检测电机性能(绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等), 有问题即时调整或维护, 电机轴承定期加油或更换;
- (2) 跟紧接线柱螺丝, 检查电线接头有无松动、裸露;
- (3) 温控器检修和电动二通阀检修;
- (4) 配电箱开关的维护保养。

## 6、室外机组

- (1) 检查交流接触器、继电器等稳固安全地连接;
- (2) 检查压缩机电机及内部各部件的工作情况;
- (3) 检查和更换冷冻润滑油、油过滤器、干燥过滤器;

- (4) 检查制冷系统充加氟利昂；
- (5) 检查和校验压力表、温度表、压力、温度控制器和变频器；
- (6) 检查启动和运行的耗能在允许范围内；
- (7) 机组空气侧换热器经常检查，视污染情况可用一定压力的清水冲洗，每年至少两次，以保证良好的换热效果；
- (8) 检查所有继电器的运行，高低压保证和控制；
- (9) 定期检查电线连接的紧固螺栓有无松动，机组各动行部件有无杂音，运行是否正常。各电器部件运行电流是否正常，绝缘电阻是否正常。

#### 7、初中高效过滤器

- (1) 洁净空调机组内G4初效过滤器：每月检查一次过滤器阻力，每3个月更换一次；
- (2) 洁净空调机组内F8中效过滤器：每月检查一次过滤器阻力，每6个月更换一次；
- (3) 洁净空调机组内H10亚高效过滤器：每月检查一次过滤器阻力，每年更换一次；
- (4) 洁净室（十万级以上房间）、洁净走廊和辅房高效送风装置内H13高效过滤器：每年更换一次送风装置内高效过滤器；
- (5) 新风过滤网（可清洗）、回、排风过滤网（可清洗）每年更换一次；
- (6) 高效过滤器更换后，公司专业人员进行洁净室空气尘埃洁净度检测，并出具书面检测报告。

#### 8、电动门系统的维修保养

- (1) 每季查看皮带是可不可以继续使用；
- (2) 每季检查皮带沟深度是否足够（皮带沟不够深的话会造成打滑）；
- (3) 每季检查皮带固定螺丝是否锁紧；
- (4) 每季检查传动轮是否过度磨损；
- (5) 每季检查感应器角度是否正常（感应器的角度是可以调整的）；
- (6) 每季检查前后煞车担板是否堪用（有没有撞坏）；
- (7) 每季检查各连接接头有无松脱；
- (8) 每季门缝有无过大（可以通过控制器设定来调整）。

#### （七）服务保障及响应时间要求

### 1、服务保障及响应时间要求

▲（1）投标人应提供承诺函，承诺中标后在正常上班时间内（正常工作日：8:00-18:00），系统发生紧急故障，维保人员接到报修故障后，必须在0.5小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行。修复时限：当维保人员接到报修后，小修1小时内解决，中修5小时内解决，大修1天内解决；如遇特殊情况，立即向需求科室及监管科室负责人说明情况，及时提出解决方案。

- ①小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换排水管、更换电器部件等；
- ②中修项目指检漏、补漏、线路板维修、更换风机电机等；
- ③大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器。

### 2、维护保养以及技术人员要求

★（1）提供24小时的紧急故障处理，或意外事故的技术性处理。派出常驻医院维保人员1人以上，负责洁净区域空调系统维护保养兼滤网设备消毒清洗等工作，同时具有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）与《特种作业操作证》（作业类别：制冷与空调作业）。依据相关标准，保证以上服务区域的净化系统达到使用标准，净化指标符合国家的规范要求。投标时提供持证人员有效的国家

职业技能等级资格证书扫描件及职业技能等级查询结果截图（网址以<http://zscx.osta.org.cn/>为准）加盖投标人公章。

2. 采购人不安排常驻人办公场所，及维修工具、维修备件存放场地。

3. 中标人应明确主要负责人，维保作业人员应经过专门的安全培训、考核，持证上岗。掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握手术室洁净空调的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能；维保作业人员应熟悉洁净空调系统和中央空调系统及供电供水供气系统的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。

4. 中标人应定期检查员工的工作情况和系统的工作状态，对检查结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提出意见和建议

5. 中标人需要每季度至少一次组织员工培训，对服务手册、作业指导书与各项应急预案、运行管理理论及方法，工作原理解读等知识组织相关的知识培训，并进行培训考核。

6. 中标人日常的维修工作需建立详细的登记、汇总、统计制度。为医院维修的所有项目，需要以安全、实用、美观为大前提，在维修作业过程中，需要做好标示、指引、围栏等施工安全措施，确保施工安全；对部分维修后影响外观的维修事项，需要事先与采购人交待清楚维修后的情况，待医院确认后才施工。

7. 中标人必须储备有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。

8. 中标人必须做好每项维修及清洗的登记工作，并将每月工作量提交至采购人主管部门。

9. 中标人必须保证在中标期符合用户的消防、治安、院感、管理等安全要求，通过采购方的相关培训、考核，签订安全协议责任书。中标人如发生违法违规现象，除按损坏或违规物件建造价赔偿给用户的经济损失外，必要时采购方有权追究相关法律责任。

#### （八）维护内容维护规范及要求

▲1、投标人重点设备完备齐全（风量罩、风速仪、照度计、噪音计、差压计、数显温湿度计、尘埃粒子计数器、臭氧气体分析仪、空气离子测试仪、激光粉尘仪，辐射剂量报警仪），并提供购买上述重点检测设备发票相关证明材料扫描件加盖投标人公章。

2、空气处理设备、风机盘管的检查保养、加油；清理管路、除污；空气处理机的清扫、除尘。

3、自动门滑轮的日常检查及更换（包含：主动轮、从动轮、防脱轨轮、导向轮）；自动门开门方式（包含：点控开关、门洞感应器、脚踏感应器、挂式门把手）、自动门门头上指示灯的维护保养；自动门导轨清洁、检查自动门皮带的检查及维护。

4、弱电系统：医疗电话系统、医疗呼叫系统、视监控系统与存储管理、医用智能网络系统、背景音乐系统、有线电视系统、可视门禁系统、护士站中央控制系统、电话弱电面板的维护保养。不包括医院信息系统设备。

5、配电系统：以双电源转换总开关下端为起点、配电箱开关、配电柜内接线端子、配电箱内接线端子的维护保养。

6、刷手池自动感应式水龙头的检查维护保养。

7、医气系统：医用气体终端维护保养。

8、保证区域内消毒灭菌类设备维修、保养。

▲9、为保证核心设备净化空气处理机组运行的稳定与故障处理的可靠，投标人具有净化空气处理机组厂家的技术服务授权书及维修资格证（提供相关证书的扫描件加盖投标人公章）。

▲10、为保证恒温恒湿自动控制系统运行的稳定与故障处理的可靠；投标人具有恒温恒湿自动控制系统厂家的技术服务授权书及维修资格证（提供相关证书的扫描件加盖投标人公章）。

#### （九）其他要求

1.中标人派出的驻场工作人员必须遵纪守法，严格按照行业操作规程作业，遵守采购人各项管理规定，接受采购人的意见和安排。否则，由此产生的一切责任由中标人负责。

2.中标人驻场作业的工作人员的人身安全保险由中标人自理。

3.中标人驻场作业人员在实施保养工作中，因操作不当导致事故，由中标人承担全部责任。

4.在不影响使用方正常工作的情况下进行维修保养工作，应做到文明施工，做好清洁完工后的现场清理工作，做好安全防护措施，并为实际操作人员购买相应的保险；

5.在维修施工期间，应严格遵守设备维修的安全操作规则，杜绝由于操作不当而发生的事故；

6.服务方应文明施工，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，投标人须负责维修人员所有费用，因维修人员发生的一切费用与采购人无关。

7.提供的更换产品必须满足国家强制性相关产品应有CCC合格证或同等认证证书；国外生产的产品必须提供相关的报关手续，合法进口商品证明，商检证等。验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及附件要求进行。

8.中标人必须提供足够的零配件和设备材料，以便及时处理采购人在使用过程中出现的故障和问题。

9.日常保养及维修均须进行记录，填写《维修保养记录登记表》并交使用部门负责人确认。

▲10.所有检修完工后七天内中标人应递交一份验收单，列明设备损坏原因、程度及处理后的结果，并将有关数据提交给采购人。（需提供承诺函，格式自拟）

▲11.每次保养后，中标人应向采购人提供一份由中标人技术人员签名认可的保养记录，并由采购人的现场代表验收认可签字。（需提供承诺函，格式自拟）

12.中标人应按要求提交季度、半年、年终维保期工作总结。

13.中标人接受采购人月度考核，采购人依据考核结果支付维保费用。

#### （十）制度与档案文件资料管理要求

1.建立健全洁净空调系统管理的相关规章制度，包括：岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训等人员管理类制度。机房管理等空间管理类制度。合同签订后一个月内完成。

2.建立后的规则制度应严格执行，采购人不定期检查规章制度的执行情况。

3.中标人应针对采购人现场设备的实际状态，对所有出现异常可能会大面积影响采购人正常的诊疗工作开展的状态做出事前分析，并按国家卫生健康委员会下发的《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》制作完备的应急预案方案，所有应急预案应在中标后的第一个季度内完成，每延长一天，扣除第一季度维保款项的1%。

4.每个应急预案每年至少演练两次。具体演练项目需要提前告知采购人，采购人给出预案场景，中标人需要针对该场景模式下的演练做出具体可操作的演练方案。

5.中标人需在合同签订后两个月内做好与本项目相关的各项管理制度、各项SOP操作流程、编写应急预案、完善培训机制等文件交主管科室审核，并按主管科室意见修订，合同签订后一个季度内完成定版并印刷，每延长一天，扣除第一季度维保款项的1%。对每个工作任务每一个操作流程都需要有作业指导书进行标准化指导。作业指导书要求做到图文并茂，任何人参照该指导书都可以进行相关操作。流程确认须随机抽取驻场工作人员能对着流程准确无误完成相关操作为最低标准，达不到此标准皆判定为流程编写未完成。至少需要制订的流程有以下

(1)洁净空调开关机操作流程

	<p>(2)洁净空调机组更换初中效过滤器操作流程</p> <p>(3)洁净区域更换高效过滤器操作流程</p> <p>(4)加湿器保养作业操作流程</p> <p>(5)巡检工作流程</p>
说明	<p>打“★”(6)条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”(7)条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

采购包3（广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起一年，服务期内如结算金额达到合同金额，则合同终止。
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	<p>第1期为(预付款)：支付比例30%，1、合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款，预付款用于抵扣季度服务费直至抵扣完毕。</p> <p>第2期为(尾款)：支付比例70%，1、其后按季度进行据实结算，下季度第一个月10日之前，由中标人开具上一季度正式发票，采购人收到发票后10个工作日内完成支付（结合月度考核扣减及预付款扣减后金额支付）。2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同复印件；（2）中标供应商开具的正式发票；（3）维修保养记录登记表；3、采购人有及时支付采购资金的义务。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	<p>1期：1.采购人在收到中标人项目验收申请之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的相关文档和验收所需资料，积极配合采购人完成验收工作。2.验收应在双方共同参加下进行，依据制定的维修保养要求进行验收，并按国家有关规定、规范进行。3.采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>一、报价要求，投标人所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，应包括成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。本合同报价由定期维护巡检费用及发生故障产生的维修费组成。</p> <p>二、合同条款响应，同意接受合同范本所述的各项条款。</p>

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	医疗设备维修和保养服务	消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务	年	1.00	500,000.00	500,000.00	工业	详见附表一

附表一：消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、项目要求</p> <p>▲1.提供全天候保修服务及24小时*365天电话服务热线进行技术支持。报修后，2小时内响应，承诺中标后正常情况下4小时内到达医院进行检修。保证设备正常运行。</p> <p>▲2.保修期内提供设备的软件安全性升级和技术支持，并保证所有系统软件版本为最新版本，保证运行稳定与安全。（费用已包含在投标报价中）</p> <p>3.根据设备类型特点提供定期的维护保养及质量保障，服务完毕之后提供保养报告。</p> <p>4.保证故障维修所更换的零配件为设备原厂配件（可到科室实地查看），维修完成后提供维修报告。</p> <p>5.定期更换易损配件（如高压设备密封圈、清洗机胶条、过滤器等）。</p> <p>6.保证设备完好率及待机率。设备待机率达到95%以上。</p> <p>▲7.每年5次的设备整机检测保养；每月一次的设备巡检，设备侧漏实验，空载运行实验；协助院方完成压力容器的年度检测。</p> <p>8.保修期内，提供操作规程的讲解和培训，根据医院医疗设备情况制定相应的培训计划，保证使用人员熟练掌握。（费用已包含在投标报价中）</p>



附件1: 医疗设备维保明细清单

广州市花都区胡忠医院消毒供应中心设备维保明细清单					
序号	设备名称	设备型号	设备数量	维保类型	备注
1	脉动真空灭菌器	XG1.DMB-1.2B	1	全保	包含表阀检测, 灭菌器年度检测
2	脉动真空灭菌器	MAST-A-1500S D-B	1	全保	包含表阀检测, 灭菌器年度检测
3	快速清洗消毒器	Rapid-A-480	1	全保	
4	快速清洗消毒器	Rapid-A-520	1	全保	
5	低温等离子灭菌器	PS-100X	1	全保	
6	低温等离子灭菌器	PS-200X	1	全保	
7	电热蒸汽发生器	ZFQ-T-60D	3	全保	包含表阀检测, 锅炉年度检测
8	超声波清洗机	QX2000	1	全保	
9	纯水处理设备	Water-1000L	1	全保	含更换的树脂, 盐等耗材
9	纯水处理设备 (口腔科)	Water-500L	1	全保	含更换的树脂, 盐等耗材
10	医用封口机	新华XH101-CR	2	全保	
11	口腔科台式灭菌器	MOST-T-45	1	全保	
12	口腔科台式灭菌器	MOST-T-60	1	全保	
13	口腔科台式灭菌器	MOST-T-60	1	全保	
14	口腔科台式超声波清洗机	TQX-200BH	1	全保	
15	检验科立式灭菌器	LMQ.C-50E	2	全保	
16	检验科手提式灭菌器	XQG-04B	3	全保	
17	快速生物阅读器	JS-0102-S	3	全保	
18	口腔科纯水机	新华Waters-1000L	1	全保	含更换的树脂, 盐等耗材
19	医用煮沸消毒器	ZFB800	1	全保	
20	医用于燥柜	YGZ-1600XS	1	全保	
21	环境浓度检测仪	ET-3000	1	全保	
22	小型全自动清洗消毒器	Smart-L	1	全保	
备注	全保 (费用已包含在投标报价中): 1、维保期内设备所有零配件, 易损件的更换及备件, 包含特种设备表阀检测及年度检测, 包含纯水机一年的耗材及再生剂; 2、维保期为12个月, 12个月内上门维修。 3、每年5次的设备整机检测保养; 4、每日一次的设备巡检, 设备加湿实验, 空载运行实验。				

4、每月一次的设备巡检，设备四漏检测，工效提升检测；

5、协助院方完成压力容器的年度检测；

6、软件升级；

7、人员的培训；

8、上述设备如采购人无法提供维护保养项目表格的，由中标人负责提供

## 二、维保项目技术要求

附件2:



脉动真空灭菌器每次维护保养项目		
编号	维保项目及内容（可参照高温灭菌器维护保养指南进行）	打“√”
1	检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换）/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换）	<input type="checkbox"/>
2	对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换）	<input type="checkbox"/>
3	紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换）	<input type="checkbox"/>
4	紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线	<input type="checkbox"/>
5	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损	<input type="checkbox"/>
6	清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水	<input type="checkbox"/>
7	调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅	<input type="checkbox"/>
8	真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年）	<input type="checkbox"/>
9	清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车	<input type="checkbox"/>
10	清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀	<input type="checkbox"/>
11	清洗门胶条，清洁门密封槽	<input type="checkbox"/>
12	清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏	<input type="checkbox"/>
13	检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效	<input type="checkbox"/>
14	检查进水管路是否漏水，水压力（）Mpa(设备要求0.15-0.3Mpa) 蒸发器水位是否正常	<input type="checkbox"/>
15	检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa)	<input type="checkbox"/>
16	压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（）Mpa(设备要求0.5-0.7Mpa)	<input type="checkbox"/>
17	手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力（）min升到0.21Mpa	<input type="checkbox"/>
18	运行保压程序，极限真空（）Kpa(≤-90Kpa)，泄漏速率（）Pa/min（<130Pa/min)	<input type="checkbox"/>
19	运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间（）分钟，升温时间（）分钟，程序运行时间（）分钟，灭菌阶段温度变化范围（），压力变化范围（）BD测试是否合格	<input type="checkbox"/>
20	检查程序运行参数是否正常	<input type="checkbox"/>

附件3:



快速清洗消毒器单机每次维护保养项目		
编号	维保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维护保养指南进行）	确认打“√”
1	检查空气过滤器	<input type="checkbox"/>
2	检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管	2000次循环/12个月/ 出现老化现象等需要强制更换
3	检查喷射臂固定环及相关配件	
4	检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件	
5	门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管	6000次循环/3年/按需
6	紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线	<input type="checkbox"/>
7	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损	<input type="checkbox"/>
8	清洁进水、进蒸汽路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水	<input type="checkbox"/>
9	清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊	<input type="checkbox"/>
10	检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅	<input type="checkbox"/>
11	校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头	<input type="checkbox"/>
12	自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响	<input type="checkbox"/>
13	手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效	<input type="checkbox"/>
14	检查计量系统进液精度：清洗液（）ml/s，上油液（）ml/s，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落	<input type="checkbox"/>
15	检查进水管路是否漏水，进水压力（）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa)	<input type="checkbox"/>
16	检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa)	<input type="checkbox"/>
17	手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，空气温度达到（）℃	≥110 ℃ <input type="checkbox"/>
18	空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速（）转/分钟，程序运行时间（）分钟	≥15转/ 分钟 <input type="checkbox"/>
19	检查程序运行参数是否正常	<input type="checkbox"/>

附件4:

低温等离子灭菌器维护保养记录单

低温等离子灭菌器每次维护保养项目		
编号	维保项目及内容（可参照过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养指南进行）	确认打“√”
1	检查真空泵油是否需要更换	500次循环/6个月/泵 <input type="checkbox"/>
2	检查油污过滤器滤芯是否需要更换	油变色或过滤器出现油 <input type="checkbox"/>
3	检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换	烟等需要强制更换 <input type="checkbox"/>
4	紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线	<input type="checkbox"/>
5	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损	<input type="checkbox"/>
6	清洁真空泵进气口滤网	<input type="checkbox"/>
7	清洁V5、V6阀堵丝	<input type="checkbox"/>
8	清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩	<input type="checkbox"/>
9	清洁打印机热敏打印头	<input type="checkbox"/>
10	检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏	<input type="checkbox"/>
11	检查卡匣系统（仅适用于卡匣灭菌器）	<input type="checkbox"/>
12	检查计量加注系统（仅适用于瓶装灭菌器）	<input type="checkbox"/>
13	检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常	<input type="checkbox"/>
14	校验触摸屏	<input type="checkbox"/>
15	空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值（）Pa，	≤60Pa <input type="checkbox"/>
16	手动抽极限真空后，10分钟后当前内室压力值（）Pa，	≤160Pa <input type="checkbox"/>
17	以上项目结束后，运行程序（加强循环或全循环），检查运行参数是否正常	<input type="checkbox"/>
18	运行程序中，等离子电源电流值（）A	<input type="checkbox"/>
19	过氧化氢溶液（卡匣、瓶装）的保存环境是否符合要求	<input type="checkbox"/>



附件5:

电热蒸汽发生器每次维护保养项目		
编号	维保项目及内容	打“√”
1	紧固设备电源、加水泵、加热管、交流接触器连接线	<input type="checkbox"/>
2	检查电源连接线是否破损，运行时是否老化发热	<input type="checkbox"/>
3	检查进水、排水阀门是否有效，清洁进水过滤网，	<input type="checkbox"/>
4	检查电热管工作是否正常，是否损坏	<input type="checkbox"/>
5	检查进水管路是否漏水，水源压力（）Mpa	<input type="checkbox"/>
6	检查安全阀是否能有效开启保护	<input type="checkbox"/>
7	手动反复开启电加热，查看交流接触器是否打火，是否黏连	<input type="checkbox"/>
8	加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年）	<input type="checkbox"/>
9	开机运行设备，检查是否运转正常	<input type="checkbox"/>



附件6:

超声波清洗机每次维护保养项目			
编号	维保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维修保养指南进行）		确认打“√”
1	检查空气过滤器	2000次循环/12个月/	<input type="checkbox"/>
2	检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管	出现老化现象等需要 强制更换	<input type="checkbox"/>
3	检查喷射臂固定环及相关配件		<input type="checkbox"/>
4	门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关 软管	6000次循环/3年/按 需	<input type="checkbox"/>
5	紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连 接线		<input type="checkbox"/>
6	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损		<input type="checkbox"/>
7	清洁进水管路上的过滤器，清洁室内过滤网		<input type="checkbox"/>
8	检查计量系统进液精度：清洗液（）ml/s，上油液（）ml/s，浮子开关 是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关 接线是否松动或脱落		<input type="checkbox"/>
9	检查进水管路是否漏水，进水压力（）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa)		<input type="checkbox"/>
10	空载运行程序，检查循环泵、各接管、密封门是否漏水，程序运行时 间（）分钟		<input type="checkbox"/>
11	检查程序运行参数是否正常		<input type="checkbox"/>



附件7:

医用干燥柜每次维护保养项目		
编号	维保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维护保养指南进行）	确认打“√”
1	检查空气过滤器	2000次循环/12个月需要更换 <input type="checkbox"/>
2	门密封胶圈、风压开关软管	6000次循环/3年/按需 <input type="checkbox"/>
3	紧固设备电源、风机、空气电热管、交流接触器连接线	<input type="checkbox"/>
4	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损	<input type="checkbox"/>
5	手动开风机、电加热管，检查电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，4分钟后，空气温度达到（ ）℃	<input type="checkbox"/>
6	检查程序运行参数是否正常	<input type="checkbox"/>



附件8:

纯水处理设备（口腔科）维护保养记录单

医院名称				使用科室	
联系人		联系电话		职务	
设备编号		设备型号		当前运行次数	
生产日期		开始使用日期		维保人员	

本次维护保养的项目及内容

编号	维保项目及内容	确认打“√”
1	检查活性炭是否有效	根据用户的实际使用情况12至18个月需更换一次（根据合同约定，决定耗材是否收费）
2	检查钠离子树脂是否有效	
3	检查反渗透膜是否有效	
4	检查莫盖是否有效	
5	检查保安过滤滤芯是否有效	根据用户水质及使用情况建议2-4月更换一次（根据合同约定，决定耗材是否收费）
6	紧固设备电源、循环泵等大功率设备连接线	
7	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损	
8	检查水机各连接管路是否漏水	
9	清洁进水管路上的过滤器	
10	校验触摸屏，检测触摸屏灵敏度	
11	检查进水水源压力（）Mpa(设备要求0.2-0.5Mpa)	
12	检测出水口电导率，电导率为（）us/cm(设备要求≤15us/cm)	
13	校准机头的时间，保证和北京时间一直	
14	检查程序运行参数是否正常	

本次维保需更换的配件或耗材明细

编号	更换耗材或配件名称	耗材或配件价格	编号	更换耗材或配件名称	耗材或配件价格
1					
2					
3					
4					
5					

本次维保费用合计:

用户对本次维保的意见建议:

用户签字		日期		服务评分		下次保养时间	
------	--	----	--	------	--	--------	--

附件9：新排风系统维保明细

(一) 高温蒸汽灭菌器、电热蒸汽发生器新排风系统维保明细

1. 流量为2000m<sup>3</sup>离心排风风机性能、电路，安装位置更换，检测，维护；
2. 铁皮排风管道，接头，帆布软接口，排风百叶检测，维护，更换；
3. 风管桥架重新安装，固定，更换；
4. 控制系统，电源，线路，接线盒，控制开关重新更换，安装，维护；
5. 流量为1000m<sup>3</sup>新风风箱性能、电路，安装位置更换，检测，维护；
6. 铁皮新风风管道，接头，帆布软接口，排风百叶检测，维护，更换；
7. 风管桥架重新安装，固定，更换；
8. 控制系统，电源，线路，接线盒，控制开关重新更换，安装，维护；
9. 空气消毒机的维护，更换易损件，保养；
10. 安装过程中装修彩板收口，不锈钢收边，玻璃胶密封；

(二) 全自动清洗消毒器新排风系统维保明细

1. 流量为2000m<sup>3</sup>排风风机性能、电路，安装位置更换，检测，维护；
2. 铁皮排风管道，接头，帆布软接口，排风百叶检测，维护，更换；
3. 风管桥架重新安装，固定，更换；
4. 控制系统，电源，线路，接线盒，控制开关重新更换，安装，维护；
5. 流量为1000m<sup>3</sup>新风风箱性能、电路，安装位置更换，检测，维护；
6. 铁皮新风风管道，接头，帆布软接口，排风百叶检测，维护，更换；
7. 风管桥架重新安装，固定，更换；
8. 控制系统，电源，线路，接线盒，控制开关重新更换，安装，维护；
9. 空气消毒机的维护，更换易损件，保养；

(三) 过氧化氢低温灭菌器新排风系统维保明细

1. 流量为1000m<sup>3</sup>排风风机性能、电路，安装位置更换，检测，维护；
2. 铁皮排风管道，接头，帆布软接口，排风百叶检测，维护，更换；
3. 风管桥架重新安装，固定，更换；
4. 控制系统，电源，线路，接线盒，控制开关重新更换，安装，维护；
5. 流量为2000m<sup>3</sup>新风风箱性能、电路，安装位置更换，检测，维护；
6. 铁皮新风风管道，接头，帆布软接口，排风百叶检测，维护，更换；

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，按套数部分扣分条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州宜立工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市花都区胡忠医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共3个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。 采购包3：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件1份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家

12	中标供应商数量	采购包1: 1家 采购包2: 1家 采购包3: 1家
13	有效供应商家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家 采购包3: 3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中规则	兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 合格的投标人可参与采购包1-采购包3的投标, 但最终只能获得其中一个采购包的中标资格。各采购包兼投不兼中, 按(采购包1)→(采购包2)→(采购包3)的顺序进行评审, 若投标人同时参与多个采购包的投标, 在采购包1被推荐为第一中标候选人后, 将不进入后序采购包的综合评审(即不通过后续采购包的符合性审查)。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准: 按委托代理协议约定收取
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留 采购包2: 面向中小企业, 采购包专门预留 采购包3: 面向中小企业, 采购包专门预留

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等,且均为招标文件的组成部分),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品,供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品,如供应商所投产品为进口产品,其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何,投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的,应符合以下规定:

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施

加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2. 投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

### 4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后

重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

## 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

## 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1.开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间



内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)宜立官网（<http://www.gzyzbdl.com>）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

- （1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

#### 3.4 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、宜立官网（<http://www.gzyzbdl.com>）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

## 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

## 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：冯先生

电话：020-83651133

传真：020-83651133

邮箱：gzyzb@163.com

地址：广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层

邮编：510031

## 3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市花都区财政局政府采购科

地址：广州市花都区新华街迎宾大道18号

电话：020-36993727

邮编：510800

传真：020-36993710

## 八、合同签订和履行



## 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

## 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。



## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1. 评标方法

采购包1(广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广州宜立工程管理有限公司统一对外发布。

(2) 对广州宜立工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5 不同投标人的投标文件相互混装;

4.6 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7 投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标

的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 5. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 6. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设  $M = (1 - \text{下浮率})$ ，第二中标候选人的  $M$  值高于第一中标候选人  $M$  值 20% 以上的，只推荐 1 名中标候选人。）。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 7. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二. 政府采购政策落实

### 1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3. 价格扣除相关要求

采购包1（广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包2（广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包3（广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本电子扫描件。分支机构投标的，需提供总公司和分公司营业执照副本电子扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	依据《投标函》的相关声明或承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
8	本项目特定的资格要求	本采购包不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人必须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）。

采购包2（广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务）：



序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本电子扫描件。分支机构投标的，需提供总公司和分公司营业执照副本电子扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	依据《投标函》的相关声明或承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
8	本项目特定的资格要求	本采购包不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人必须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）。

采购包3（广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务）：



序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本电子扫描件。分支机构投标的，需提供总公司和分公司营业执照副本电子扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《投标函》中对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关声明或承诺。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	依据《投标函》的相关声明或承诺。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
8	本项目特定的资格要求	本采购包不接受联合体投标。
9	本采购包专门面向中小企业采购	本采购包整体专门面向中小企业采购，投标人必须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）。

表二符合性审查表：

采购包1（广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务）：



序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	按招标文件提供的格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人证明书或授权委托书	按招标文件提供的格式文件签署、盖章。
3	报价要求	(1) 投标报价是固定价且是唯一的, 投标报价未超出采购预算或最高限价。(2) 投标人的报价未明显低于其他通过符合性审查的投标人; 或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人, 但能在评标委员会要求的时间内做出书面说明并提供相关证明材料证明其报价合理性, 且得到评标委员会认可的。(3) 投标报价无错漏项或有错漏项但被评标委员会认可。(4) 招标文件不接受提交备用方案。
4	投标有效期	满足招标文件要求。
5	采购需求“★”条款响应程度	满足招标文件要求。
6	其他	未出现法律、法规、规章和招标文件规定的其他投标无效情形。

采购包2(广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务):

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	按招标文件提供的格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人证明书或授权委托书	按招标文件提供的格式文件签署、盖章。
3	报价要求	(1) 投标报价是固定价且是唯一的, 投标报价未超出采购预算或最高限价。(2) 投标人的报价未明显低于其他通过符合性审查的投标人; 或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人, 但能在评标委员会要求的时间内做出书面说明并提供相关证明材料证明其报价合理性, 且得到评标委员会认可的。(3) 投标报价无错漏项或有错漏项但被评标委员会认可。(4) 招标文件不接受提交备用方案。
4	投标有效期	满足招标文件要求。
5	采购需求“★”条款响应程度	满足招标文件要求。
6	其他	未出现法律、法规、规章和招标文件规定的其他投标无效情形。

采购包3(广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务):

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	按招标文件提供的格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人证明书或授权委托书	按招标文件提供的格式文件签署、盖章。
3	报价要求	(1) 投标报价是固定价且是唯一的, 投标报价未超出采购预算或最高限价。(2) 投标人的报价未明显低于其他通过符合性审查的投标人; 或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人, 但能在评标委员会要求的时间内做出书面说明并提供相关证明材料证明其报价合理性, 且得到评标委员会认可的。(3) 投标报价无错漏项或有错漏项但被评标委员会认可。(4) 招标文件不接受提交备用方案。
4	投标有效期	满足招标文件要求。
5	其他	未出现法律、法规、规章和招标文件规定的其他投标无效情形。

## 2. 投标文件澄清

2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当在评审过程中

发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.详细评审

采购包1(广州市花都区胡忠医院2025年度呼叫对讲系统及医用气体设备维修保养服务):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分25.0分 技术部分60.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分	
技术部分	技术参数响应情况 (25.0分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》中“具体技术(参数)要求”进行评审： 1.标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共8项），最高得16分：标注“▲”的重要技术参数，每有一项响应为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，该项得2分；响应为“负偏离”的，该项不得分。2.完全满足除“▲”“★”外的一般技术参数：（1）完全满足，得9分；（2）有1-2条负偏离，得7分；（3）有3-4条负偏离，得5分；（4）有5-6条负偏离，得3分；（5）有7-8条负偏离，得2分；（6）有9-10条负偏离，得1分；（7）有11条或以上负偏离，得0分。备注：如采购需求中有明确要求提供证明资料，则以采购需求中要求为准，没有按照要求提供证明资料的视为负偏离，如采购需求中没有要求提供证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。
	维保服务方案 (10.0分)	根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的维保服务方案进行评审：（1）投标人提供的维保服务方案，全面完善，契合本项目服务要求，完全满足采购需求的，得10分；（2）投标人提供的维保服务方案，较为全面完善，较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分；（3）投标人提供的维保服务方案，不够全面完善，部分契合本项目服务要求，部分满足采购需求的，得5分；（4）投标人提供的维保服务方案，片面粗略，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案不得分。

<p>应急服务方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的应急服务方案进行评审：（1）投标人提供的应急服务方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的应急服务方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了相关的应急服务方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>	
<p>质量管理方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的质量保障方案进行评审：（1）投标人提供的质量保障方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的质量保障方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了质量保障方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>	
<p>培训方案 (5.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目采购需求中要求的“培训要求”所提供的培训方案进行评审：（1）投标人提供的培训方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得5分。（2）投标人提供的培训方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得3分。（3）投标人提供了培训方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得2分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得1分；（5）不提供方案的得0分。</p>	
<p>商务部分</p>	<p>同类项目业绩情况 (3.0分)</p>	<p>投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备同类设备维修保养服务合同经验，每提供1项得1分，最高3分。【注：提供上述项目的合同（要点包括合同签订时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标（成交）通知书或验收证明文件复印件，并加盖投标人公章，否则该项业绩视为无效】</p>
	<p>业主满意度评价 (3.0分)</p>	<p>投标人提供上述有效业绩的评价材料，评价材料必须达到90分或带有或“满意”或“好评”或“优秀”等正面评价字眼，每提供一份得1分，同一个用户不可累积计分，满分3分。【注：1、同一项目提供的多份评价证明只计算一次；2、提供经客户盖章确认的评价证明扫描件作为证明材料，否则无效，证明材料不清晰导致无法辨认的不得分。】</p>
	<p>拟投入的服务团队 (15.0分)</p>	<p>投标人为本项目配置的工程师具有相应的设备维保服务能力及经验（提供服务经历证明材料或者投标人填写的《个人履历证明》，并加盖投标人公章）的，每提供1名得3分，本项满分15分；注：提供有效的设备维保服务能力证明及在投标人单位的投标截止6个月内任1个月的社保或个税证明材料并加盖投标人公章，不提供或缺项的均不得分。</p>

	备件仓库 (4.0分)	投标人保证备件正规渠道来源，能够匹配原设备需要的功能，得4分；不提供不得分。【注：提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。】
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价 (5.0分)	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。

采购包2(广州市花都区胡忠医院2025年度洁净空调系统维修和保养服务):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分25.0分 技术部分60.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分	
技术参数响应情况 (18.0分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》中“具体技术(参数)要求”进行评审： 1.标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共6项），最高得12分：标注“▲”的重要技术参数，响应为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，该项每个得2分；响应为“负偏离”的，该项不得分。 2.完全满足除“▲”“★”外的一般技术参数：（1）完全满足，得6分；（2）有1-2条负偏离，得5分；（3）有3-4条负偏离，得4分；（4）有5-6条负偏离，得3分；（5）有7-8条负偏离，得2分；（6）有9-10条负偏离，得1分；（7）有11条或以上负偏离，得0分。备注：如采购需求中有明确要求提供证明资料，则以采购需求中要求为准，没有按照要求提供证明资料的视为负偏离，如采购需求中没有要求提供证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。	
维保服务方案 (12.0分)	根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的维保服务方案进行评审：（1）投标人提供的维保服务方案，全面完善，契合本项目服务要求，完全满足采购需求的，得12分；（2）投标人提供的维保服务方案，较为全面完善，较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得10分；（3）投标人提供的维保服务方案，不够全面完善，部分契合本项目服务要求，部分满足采购需求的，得8分；（4）投标人提供的维保服务方案，片面粗略，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得6分；（5）不提供方案不得分。	

技术部分	<p>应急服务方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的应急服务方案进行评审：（1）投标人提供的应急服务方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的应急服务方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了相关的应急服务方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>
	<p>质量管理方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的质量保障方案进行评审：（1）投标人提供的质量保障方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的质量保障方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了质量保障方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>
	<p>培训方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目采购需求中要求的所提供的培训方案进行评审：（1）投标人提供的培训方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的培训方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了培训方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>
商务部分	<p>同类项目业绩情况 (3.0分)</p>	<p>投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备同类设备维修保养服务合同经验，每提供1项得1分，最高3分。【注：提供上述项目的合同（要点包括合同签订时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标（成交）通知书或验收证明文件复印件，并加盖投标人公章，否则该项业绩视为无效】</p>
	<p>业主满意度评价 (3.0分)</p>	<p>投标人提供上述有效业绩的评价材料，评价材料必须达到90分或带有或“满意”或“好评”或“优秀”等正面评价字眼，每提供一份得1分，同一个用户不可累积计分，满分3分。【注：1、同一项目提供的多份评价证明只计算一次；2、提供经客户盖章确认的评价证明扫描件作为证明材料，否则无效，证明材料不清晰导致无法辨认的不得分。】</p>
	<p>拟投入的服务团队 (15.0分)</p>	<p>投标人为本项目配置的工程师具有相应的设备维保服务能力及经验（提供服务经历证明材料或者投标人填写的《个人履历证明》，并加盖投标人公章）的，每提供1名得3分，本项满分15分；注：提供有效的设备维保服务能力证明及在投标人单位的投标截止6个月内任1个月的社保或个税证明材料并加盖投标人公章，不提供或缺项的均不得分。</p>

	备件仓库 (4.0分)	投标人保证备件正规渠道来源，能够匹配原设备需要的功能，得4分；不提供不得分。【注：提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。】
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价 (5.0分)	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。

采购包3(广州市花都区胡忠医院2025年度消毒供应中心设备及新风系统维修和维护服务):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分25.0分 技术部分60.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分	
技术参数响应情况 (18.0分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》中“具体技术(参数)要求”进行评审： 1.标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共3项），最高得9分： 标注“▲”的重要技术参数，每有一项响应为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，该项得3分；响应为“负偏离”的，该项不得分。 2.完全满足除“▲”“★”外的一般技术参数：（1）完全满足，得9分；（2）有1-2条负偏离，得7分；（3）有3-4条负偏离，得4分；（4）有5-6条负偏离，得3分；（5）有7-8条负偏离，得2分；（6）有9-10条负偏离，得1分；（7）有11条或以上负偏离，得0分。备注：如采购需求中有明确要求提供证明资料，则以采购需求中要求为准，没有按照要求提供证明资料的视为负偏离，如采购需求中没有要求提供证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。	
维保服务方案 (12.0分)	根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》中“维保项目技术要求”所制定的维保服务方案进行评审：（1）投标人提供的维保服务方案，全面完善，契合本项目服务要求，完全满足采购需求的，得12分；（2）投标人提供的维保服务方案，较为全面完善，较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得10分；（3）投标人提供的维保服务方案，不够全面完善，部分契合本项目服务要求，部分满足采购需求的，得8分；（4）投标人提供的维保服务方案，片面粗略，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得6分；（5）不提供方案不得分。	

技术部分	<p>应急服务方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的应急服务方案进行评审：（1）投标人提供的应急服务方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的应急服务方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了相关的应急服务方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>
	<p>质量管理方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目《第二章 采购需求》所制定的质量保障方案进行评审：（1）投标人提供的质量保障方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的质量保障方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了质量保障方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>
	<p>培训方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人针对本项目采购需求所提供的培训方案进行评审：（1）投标人提供的培训方案完整、详细、合理、切实可行，完全满足采购需求的，得10分。（2）投标人提供的培训方案较完整、较详细、较合理、较为契合本项目服务要求，满足采购需求的，得7分。（3）投标人提供了培训方案，但方案不够全面完善，部分契合本项目服务要求，不完全满足采购需求的，得5分。（4）根据项目要求，投标人提供方案，片面粗略，方案内容不全面，不符合本项目服务要求，不满足采购需求的，得2分；（5）不提供方案的得0分。</p>
商务部分	<p>同类项目业绩情况 (3.0分)</p>	<p>投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备同类设备维修保养服务合同经验，每提供1项得1分，最高3分。【注：提供上述项目的合同（要点包括合同签订时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标（成交）通知书或验收证明文件复印件，并加盖投标人公章，否则该项业绩视为无效】</p>
	<p>业主满意度评价 (3.0分)</p>	<p>投标人提供上述有效业绩的评价材料，评价材料必须达到90分或带有或“满意”或“好评”或“优秀”等正面评价字眼，每提供一份得1分，同一个用户不可累积计分，满分3分。【注：1、同一项目提供的多份评价证明只计算一次；2、提供经客户盖章确认的评价证明扫描件作为证明材料，否则无效，证明材料不清晰导致无法辨认的不得分。】</p>
	<p>拟投入的服务团队 (15.0分)</p>	<p>投标人为本项目配置的工程师具有相应的设备维保服务能力及经验（提供服务经历证明材料或者投标人填写的《个人履历证明》，并加盖投标人公章）的，每提供1名得3分，本项满分15分；注：提供有效的设备维保服务能力证明及在投标人单位的投标截止6个月内任1个月的社保或个税证明材料并加盖投标人公章，不提供或缺项的均不得分。</p>

	备件仓库 (4.0分)	投标人保证备件正规渠道来源，能够匹配原设备需要的功能，得4分；不提供不得分。【注：提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。】
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价 (5.0分)	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。

#### 4.汇总、排序

##### 采购包1:

(1) 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，根据综合评审情况，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人名单。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的优先排列顺序如下：1) 投标报价低者；2) 技术得分高者；3) 商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。(2) 单一产品（或非单一产品中核心产品）的采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会抽签决定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

##### 采购包2:

(1) 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，根据综合评审情况，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人名单。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的优先排列顺序如下：1) 投标报价低者；2) 技术得分高者；3) 商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。(2) 单一产品（或非单一产品中核心产品）的采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会抽签决定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

##### 采购包3:

(1) 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，根据综合评审情况，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人名单。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的优先排列顺序如下：1) 投标报价低者；2) 技术得分高者；3) 商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。(2) 单一产品（或非单一产品中核心产品）的采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会抽签决定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



第五章 合同文本

# 广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目 合同文件

(项目编号: )

二零二五年\_月

注: 本合同仅为合同的参考文本, 可根据项目的具体要求进行修订。

签约地点: 广州市花都区工业大道19号

甲方(采购人): 广州市花都区胡忠医院

乙方(中标人):

根据广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目(采购包号) (项目编号) 的采购结果, 按照按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的相关规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

## 一、服务内容

序号	服务内容	数量	服务期	金额(元)
1		1项	自合同签订之日起一年, 服务期内如结算金额达到合同金额, 则合同终止。	
合计总额: ,人民币大写:				

合同总额包括乙方设计、场地改造、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注: 服务名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

## 二、合同金额

合同金额为(人民币大写): 元, 服务期为自合同签订之日起一年, 服务期内如结算金额达到合同金额, 则合同终止。

## 三、服务要求

### 1. 服务范围:

### 2. 服务内容:

### 3. 维保服务要求:

## 四、服务期、服务方式及服务地点

1. 服务期: 年 月 日至 年 月 日

2. 服务方式: 上门服务

3. 服务地点: 广州市花都区胡忠医院



## 五、付款方式(根据每个采购包的付款方式修改)

1、合同签订后10个工作日内, 甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款, 预付款用于抵扣季度服务费直至抵扣完毕, 其后按季度进行据实结算, 下季度第一个月10日之前, 由乙方开具上一季度正式发票, 甲方收到发票后10个工作日内完成支付(结合月度考核扣减及预付款扣减后金额支付)。

2、乙方凭以下有效文件与采购人结算:

- (1)合同复印件;
- (2)中标人开具的正式发票;
- (3)维修保养记录登记表;
- (4)月度服务考核评价表。

3、甲方有及时支付采购资金的义务。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

## 六、验收服务

1.甲方在收到乙方项目验收申请之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。乙方需为验收提供必需的一切条件及相关费用，并提供本项目的相关文档和验收所需资料，积极配合甲方完成验收工作。

2.验收应在双方共同参加下进行，依据制定的维修保养要求进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

3.甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

## 七、双方权利和义务

### 1.甲方权利和义务

甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改。当发生服务违约时，则甲方有权按约定在支付乙方合同款项中进行扣款。在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。甲方应按合同规定向乙方支付服务费用，乙方需附上以下资料：

- (1)合同复印件;
- (2)乙方开具的正式发票;
- (3)维修保养记录登记表;
- (4)月度服务考核评价表。

### 2.乙方权利和义务

乙方应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提交书面报审报告。乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。但服务费的支付应以符合广州市财政局的相关规定为前提。

## 八、违约责任

乙方违反合同及招标文件约定的有关义务，对甲方造成经济损失的，应给予甲方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同。

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期15天或以上的，甲方有权终止合同，要求乙方一次性支付合同总金额 20% 违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

## 九、争议的解决办法

凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向广州市有管辖权的法院提出诉讼。

## 十、不可抗力

甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、其它

- 1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日以书面形式通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.双方对本合同均有保密义务，除司法和行政机关要求外，本合同内容不得向无关第三人透露。

十二、合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，本合同一式伍份，其中甲方贰份、乙方贰份，采购代理机构壹份。

甲方(盖章):	广州市花都区胡忠医院	乙方(盖章):	
采购项目主管职能部门负责人签名(或盖章):			
分管院领导签名(或盖章):			
法人或授权代表签名(或盖章):		法人或授权代表签名(或盖章):	
签订地点:	广州市花都区		
签订日期:	2025年 月 日	签订日期:	2025年 月 日
地址:	广州市花都区工业大道19号	地址:	
电话:	020-89686279	电话:	
开户名称:	广州市花都区胡忠医院	开户名称:	
银行账号:	4400 1551 5070 5015 6282	银行账号:	
开户行:	中国建设银行广州花都风神大道分行	开户行:	
税务号:	124401147142707909	税务号:	

附件目录:

附件1: 设备维保明细清单

附件2: 中标人公司资质

附件3: 中标通知书



## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。



# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440114-2025-02586**

采购项目编号：**GZYL25FG043007**

所投采购包：第 包



(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、承诺函
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件
- 二十三、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证



格式一：

## 投标函

致：广州宜立工程管理有限公司

你方组织的“广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目”项目的招标[采购项目编号为：**GZYL25FG043007**]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式三：

### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。



格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司, 可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广州宜立工程管理有限公司

本授权书声明: \_\_\_\_\_是注册于\_(国家或地区)的\_(投标人名称)的法定代表人, 现任\_\_\_\_\_职务, 有效证件号码: \_\_\_\_\_。现授权\_(姓名、职务)作为我公司的全权代理人, 就“广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目”项目采购[采购项目编号为GZYL25FG043007]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效, 特此声明。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

被授权人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日



格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；



格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州市花都区胡忠医院

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



#### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。



格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。



格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。



格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。



格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。



格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。



格式十七:

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	



格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。



格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州宜立工程管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市花都区胡忠医院专业设备维修和保养项目招标中获中标（采购项目编号：GZYL25FG043007），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州宜立工程管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_



格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。



格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。



格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



格式二十三：

政府采购履约担保函

编号：

(采购人)：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目(项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”)的采购中,确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商,拟签订/已签订项目相关采购合同(以下简称“主合同”)。依据主合同的约定,供应商应向贵方交纳履约保证金,且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保:

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_%,数额为\_\_\_\_\_ (大写),币种为人民币(即主合同履约保证金金额)。

二、我方保证的方式为:连带责任保证。

三、我方保证的期间为:本保函自开立之日起生效,至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内,如被保证人违反上述合同或协议约定的义务,我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

- 1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;
- 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址:

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人: \_\_\_\_\_ (盖章)

联系地址: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

开立日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 采购合同履行保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

### 五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。



保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日